取扱説明書

品番 FTC1−N
FTC1−B

立ち上りアシスト機能付きイス

楽立楽座　たて〜る®

保 証 書 つ き

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

点検・修理など依頼されるときなどに記入しておくと便利です。

目次

1. 部位説明 …… 2
2. 安全上のご注意 …… 3
3. お使いになる前に …… 5
4. 使いかた …… 7
5. お手入れのしかた …… 8
6. 仕様 …… 8
7. 故障かな?と思ったら …… 9
8. 保障とサービス …… 10
保証書 …… 11
連絡先 …… 11

ご購入年月日

年　月　日

ご購入店名

TEL.　（　）

株式会社
フュージョンテク

部位説明 1

ひじ置き

座部

立ち上りをアシストモードで
使用する場合は約３５度の
傾斜状態になります。

背もたれ

調整ノブ

立ち上りのアシスト強度を
調整するためのノブです。
（左回転：弱い、右回転：強い）

ユニット部

立ち上りをアシストする機器が
収納されています。（アシストバネなど）
通常の椅子として使用される場合は
シリンダーも収納されます。

立ち上りをアシストする
シリンダーの取り付け部品です。

ブラケット



シリンダ

立ち上りをアシストする時に
ブラケットに取り付けることで
座部を押し上げるための部品です。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、
必ずお守りください。

2

- お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
- 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警　告

使用中は座面の下に手などを絶対に入れないでください。他の方やペットなどが椅子のまわりにいる時には十分注意してご使用ください。

シールをはがさないでください。

特にお子様が傍にいる際には、手を挟まれないように十分に注意してお座りください。

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、
必ずお守りください。

2

⚠ 警　告	
 注意	●下記の人がひとりで使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護する。 （1）お年寄　（2）体の不自由な人　（3）お子様 事故や体調不良を起こすおそれがあります。 ●周囲に人がいたり、物がある場所では十分に注意する。 昇降時、いすがまわりの人に当たってけがをさせたり、座っている人がまわりの物に当たってけがをするおそれがあります。 特に下降時は、座板の下に何もないことをご確認ください。 ●使用時は、必ず脚を取り付ける。 転倒し、けがをするおそれがあります。
 禁止	●不安定な場所で使用しない。 転倒し、けがをするおそれがあります。 ●踏み台にしたり、肘掛けに座るなど、目的以外の使い方をしない。 足をすべらせたり、いすが転倒し、けがをするおそれがあります。 ●許容荷重（９０ｋｇ）以上の体重の人は使用しない。 いすが破損・故障し、けがをするおそれがあります。 ●ひざに座らせたり等、ふたり以上で座らない。 転倒したり、いすから落ちるなど、けがをするおそれがあります。 ●座板下降時、座板の下に手や足などを入れない。 座板と脚や床の間にはさまれて、けがをするおそれがあります。 ●座板の端に座らない。 ●片側だけに衝撃や負担をかけない。 座板からすべり落ちたり転倒して、けがをするおそれがあります。 ●いすに飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしない。 いすが破損、転倒し、けがをするおそれがあります。 ●お子様を本体の上で遊ばせたり、背もたれや肘掛けの上に乗ったり座ったりさせない。 いすから落ちたり、いすが転倒し、けがをするおそれがあります。 ●いすを持ち上げて運ぶ際は、２人以上で行い、必要以上の衝撃を与えない いすが破損し、故障の原因となります。
 分解禁止	●分解・修理・改造は絶対にしない。 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。
 指に注意	●昇降時や移動時、隙間（特に背もたれと本体の隙間）に指などを入れない。 指などをはさみ、けがをするおそれがあります。 ●座板の折り曲げ時、可動部分に指などを入れない。 指などをはさみ、けがをするおそれがあります。 ●使用時に周囲の人が手や指を入れていないことを確認する。

アシスト機能付きイスとして使用する場合

座面を上に持ち上げてください。

座面下のユニット内から
シリンダーを取り出して
ください。

シリンダーを座面裏のブラケットに
取り付けてください。

※座面を少し下に押して、シリンダーがブラケットに
しっかりはまり込んでいるのをご確認ください。

強度調整ノブを左右に回して、
ご自分の好みに合わせてください。

※何度か座ったり立ったりして、調整してください。
※イスに座った状態での調整は故障の原因になり
ますのでお止めください。

通常のイスとして使用する場合

座面裏のシリンダーをブラケットから
外してください。

※座面を少し持ち上げると簡単に外れます。

シリンダーは座面下のユニット内に
折りたたんでください。

※シリンダーはﾕﾆｯﾄより上にはみ出さないよう
に折りたたんでください。

座面を静かに折りたたんでください。

※手を挟まないようにご注意ください。

使いかた 4

Step 1

ひじ当てに両手をそえて、お尻を座面につける

① ひじ当てをつかんで体重をささえられるように心がける。

② ゆっくりお尻を座面につける。
※出来るだけ座面に深くすわるようにしてください。
浅く座るとお尻がすべりおちる可能性がありますのでご注意ください。

Step 2

ゆっくり腰をおろし、座る

③ 腰をおろす時に座面が下がらない場合やアシスト強度が不足している場合には、後ろの調整ノブを回して好みの強度に調整してください。
※調整する時にはイスからおりて後ろに回って調整操作をしてください。

④ 座面の端を持って座ると手を挟まれる危険性がありますので絶対にお止めください。

お手入れ・保管のしかた 5

外観部分については清潔で柔らかな布で乾拭きしてください。汚れが取れない場合は水で薄めた中性洗剤を布に浸して絞ってから拭き、その後乾いた布で拭いてください。
洗剤を使う場合は色落ちなどの可能性がありますのでご注意ください。

仕様 6

適用目安	体重　約 30 ～ 90kg 程度
アシスト調整（起き上り力）	約 20 ～ 50kg（座面の位置で変わります） ※ノブを回すことで無段階調整可能
座面角度	約 35 度
主材	合成皮革（ポリ塩化ビニル）
フレーム	成形合板（低ホルム仕様）
サイズ	W535×D580×H770mm
座面高さ	420mm （オプション：380 ～ 410 まで脚カット可能）
質量（約）	9.5kg

故障かな？と思ったら 7

動作中発生する音や感覚について

ご使用中に下記のような動作音や感覚がありますが、構造上発生するものであり異常ではありません。

- 着座時に座部が水平になった時の音・感覚（カタン音）
- 離席時に座部が斜めに傾く時の音・感覚（カタン音、ガチャ音）
- 着座・離席時にシリンダーが縮む時の音・感覚（コツン音・カクン音）
- 着座・離席時にシリンダーのシャフトが擦れる音（ガサ音、シュッ音）
- 着座・離席時にユニット内のバネがきしむ音（ギリギリ音、キンキン音）
- 席座・離席時の椅子自体のキシミ音（キシキシ音）
- 座部のガタつき

症　状	原因と処置
調整ノブが回らない	調整限界まで回すとそれ以上には回らなくなります。無理やり回すと故障の原因になりますのでお止めください。
調整ノブが空回りする	「弱」側に回すとしばらくする抵抗がなくなり、最後は回らなくなります。この状態が「弱」の限界点です。それ以上に無理やりまわすと、内部の部品が外れてしまい修理が必要となります。
座面が下がらない	ユニットの故障が考えられます。修理にお出しください。
座面の角度が低くなってきた	バネが寿命にきているか、ユニット機構の破損が考えられます。修理にお出しください。

保守とサービス 8

下記に基づき、お買い上げのもとにご相談ください。

1 **保証書の内容のご確認と保管のお願い**
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡ししていますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。販売店のご記入なき場合、保証することが出来ませんのでご注意ください。

2 **保証期間はお買い上げの日から１年間です。（アシストバネなどの消耗品は除く）**
但し、国内での使用に限らせていただきます。
保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。
くわしくは保証書をご覧ください。

3 **修理を依頼されるとき**
〈保証期間内〉
おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
〈保証期間を過ぎているとき〉
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
ご相談の際、次のことをお知らせください。
①製品名、②品番、③製品の状態（できるだけくわしく）

4 **製品の補修用部品の保有期間は、製造打ち切り後５年間です。**
補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 **修理料金とは**
修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。出張を要した場合はこれに加えて旅費・日当を要します。
〈技術料〉
不具合内容の原因を診断する作業、故障個所を修復する作業（修理および部品交換・調整・修理後の点検など）の料金です。
〈部品代〉
製品の修復に使った部品の代金です。

6 **その他製品に関するお問合せ、ご質問**がございましたら、お買い上げの販売店、または「保証書」に記載のフュージョンテクご相談窓口までご相談ください。

● 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

楽立楽座　たて～る®　保証書

品番		
お客様	お名前	
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　－	
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号
年　月　日		
保証期間		
お買い上げ日より **1年**		

※ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（お願いお買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに張り付けて、大切に保管してください。

無料修理規定

1．取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従って正常な状態で保証期間内に故障した場合には、ユニット部について無料修理をさせていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合は下記のご相談窓口へご連絡ください。

2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損
②お買い上げ後の落下などによる故障及び破損
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障及び破損
④消耗品の消耗、又はそれによる故障
⑤本書のご提示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、及び字句を書き替えた場合

3．本書は日本国内においてのみ有効です。

4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

連絡先

株式会社
フュージョンテク

〒860-0812
熊本県熊本市中央区南熊本３丁目 14-3-211

使いかた・お買い物のご相談は　お客様ご相談窓口

ＴＥＬ 096-342-4449 ／ **ＦＡＸ** 096-342-7006
受付時間　AM10:00 ～ PM5:00　月曜日～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
ホームページアドレス　http://fusiontech.co.jp
メールアドレス　sale@fusiontech.co.jp